

BAB V

KESIMPULAN

1. Pengamat yang tepat berada di belakang alat ukur berpengaruh terhadap hasil pengukuran tingkat tekanan bunyi yang menggunakan alat Sound Level Meter genggam.
2. Dalam pengukuran tingkat tekanan bunyi dengan alat Sound Level Meter genggam, pengamat sebaiknya berada pada jarak satu meter atau lebih.
3. Pengamat yang tepat di belakang alat ukur (SLM genggam) menimbulkan gelombang pantul dari sumber bunyi dan pengamat yang berada pada jarak satu meter atau lebih tidak menimbulkan gelombang pantul dari sumber bunyi.

