BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

- Kecepatan lembar penguat 300 menghasilkan densitas tertinggi pada ketebalan 10 mm sampai dengan 20 mm sedangkan kecepatan lembar penguat 100 menghasilkan densitas tertinggi pada ketebalan 2 mm sampai dengan 10 mm.
- Kecepatan lembar penguat 300 menghasilkan nilai kontras tertinggi pada posisi 12 mm sampai dengan 20 mm sedangkan pada lembar penguat 100 menghasilkan nilai kontras tertinggi pada posisi 2 mm sampai dengan 8 mm.

5.2 Saran

- Penentuan faktor eksposi yang tepat sesuai degan nilai kecepatan lembar penguat yang digunakan dalam kaitannya dengan ketebalan obyek.
- 2. Untuk melakukan percobaan lebih lanjut terhadap jenis lembar penguat yang lain.