

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Metode tidak langsung secara spektrofotometri serapan atom nyala pada penentuan asam askorbat dengan mereduksi logam Cu dapat diaplikasikan pada penentuan asam askorbat dalam tablet vitamin C dengan perbandingan konsentrasi Cu(II) dan asam askorbat 2 : 1 pada pH basa, 7 – 11 memberikan hasil pungut balik 88,34%.

5.2 Saran

Perlu dipelajari lebih lanjut interferensi senyawa-senyawa lain dalam tablet vitamin C pada penentuan asam askorbat secara Spektrofotometri Serapan Atom ini agar diperoleh nilai pungut balik mendekati 100%.

