

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 1) Terdapat kesesuaian tipe tensimeter digital dan tensimeter pegas terhadap pengukuran tekanan darah.
- 2) Terdapat kesesuaian dalam melakukan pengukuran tekanan darah sistolik dengan menggunakan tensimeter pegas dan tensimeter digital.
- 3) Terdapat kesesuaian dalam melakukan pengukuran tekanan darah diastolik dengan menggunakan tensimeter pegas dan tensimeter digital.

6.2 Saran

- 1) Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai kesesuaian tensimeter pegas dan tensimeter digital pada usia lain dan subjek yang memiliki penyakit lain.
- 2) Penggunaan tensimeter digital dapat menggantikan tensimeter pegas sebagai alat pengukuran dalam penelitian lain.